

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية،،،

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية:-

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
١	غطاء معقم للميكروسكوب	٥	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٠٢٣/١/١٤	ا/مى	وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد قانون ١٨٢ السنة ٢٠١٨
٢	جهاز دياثرمى	٣	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٠٢٣/١/١٤	ا/مى	
٣	زراعات وجنية بمشتملاتهم + بنطة التثبيت	٤	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٠٢٣/١/١٤	ا/مى	
٤	كاسكو مقاسات مختلفة مقص وسط مقص كبير	١٥ ٤ ١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٠٢٣/١/١٤	ا/مى	

- مرفق جميع المواصفات لكل بند عملية على حدة.

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - الفاتورة الالكترونية - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .
- مكان تقديم العروض:-
- جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

للاستفسار الاتصال

على رقم: ٠١١١٢٩٦١٢٠



١/٩
ص
٢٠٢٣

- اصناف البند الاول:-

الكمية	الصف
٥	غطاء معقم للميكروسكوب

- اصناف البند الثاني:-

الكمية	الصف
٣	جهاز دياثرمي

- اصناف البند الثالث:-

الكمية	الصف
٤	زرعات وجنية بمشتملاتهم
١	بنطة تثبيت

- اصناف البند الرابع:-

الكمية	الصف
١٥	كاسكو مقاسات مختلفة (المانى)
٤	مقص وسط
١	مقص كبير



١/٩
ص
٢٠٢٢

- يتحكم الجهاز في القطع والتجلط عن طريق الاتي:
 - التحكم في الطاقه الخارجيه peak power system .
 - التحكم في الشراره الكهربيه الخارجيه ARC control.
 - التحكم في فرق الجهد.
- يمكن التحكم في الجهاز عن طريق دواسه القدم.
- الاكسسوارات الخاصه بالجهاز:
 - كابل احادي القطب
 - كابل ثنائي القطب .
 - كابل متوافق لعمليات القطع تحت الحلول الملحي وعمليات TUR
 - آلة واحده على الأقل لغلق الأوعية الدمويه تحتوي على سكينه قطع
- الجهاز به خاصيه التحكم المزدوج للمخارج احاديه القطب .
- ويحتوي علي الات من نفس الماركة تصلح لمختلف انواع العمليات .
- يمكن للجهاز القيام بعمليات القطع تحت المحلول الملحي ومتوافق مع جميع انواع القواطع STORZ,OLYMPUS,WOLF للعمليات التنظيره.
- يمكن للجهاز القيام بعمليات غلق الاوعيه الدمويه التي يكون قطرها 7مم مع وجود الالات الخاصه بالعمليات التنظيره والمفتوحه مع وجود الالات الخاصه بغلق الاوعيه الدمويه وقطعها في ان واحد

و تفضلوا بقبول وافر الشكر.....

• جهاز (G17/OR-Diath/02)–Electrosurgical generator with vessel sealing

المواصفات الفنية للجهاز :

- قدره الجهاز القصوي ٣٧٠ وات عند ٣٥٠ كيلو هرتز.
- قدره الجهاز القصوي لحالات التجلط احاديه القطب ٢٠٠ وات وحالات التجلط ثنائي القطب ١٢٠ وات
- يتم التحكم في درجه القطع والكي كل علي حده عن طريق مستويات مختلفه عن طريق اليد ودواسه القدم .
- يحتوي الجهاز علي خاصيه ال plug and play للتعرف علي الالات والعمل بها مباشره.
- يمكن للجهاز قياس درجه ممانعه الانسجه تلقائيا بمعدل ٨٠٠٠ مره فالثانيه الواحده وضبط الطاقه تلقائيا للوصول للطاقه المثلي للقطع والكي مع الانسجه المختلفه .
- الجهاز به خاصيه auto start and auto stop .
- الجهاز به نظام امان في حاله عدم اتصال العازل لمنع حرق المريض ويفصل من تلقاء نفسه في حاله عدم اتصال العازل .
- الجهاز يصدر اصوات تنبيهيه مسموعه مع انظمه القطع والكي باللمس .
- الجهاز به امكانيه تغيير المخارج لاثنين احادي القطب او اكثر او اثنين ثنائي القطب او اكثر علي حسب الاحتياج.
- يمكن توصيل اثنين احادي القطب في نفس الوقت مع امكانيه استخدام المخرج احادي القطب وثنائي القطب في نفس الوقت مع شاشه تحكم منفصله لكل مخرج