

التقرير الفني الخاص بالمناقصة العامة لتوريد

وتركيب ماكينات شفط وهواء طبي لزوم شبكة الغازات الطبية

جلسة ٢٠٢٥/١٠/٥

تقدم لهذه المناقصة عدد (٣) شركة على النحو التالي: -

عطاء ٣ / ١ باسم الشركة المصرية للغازات والأجهزة الطبية:

*البند الأول: توريد عدد ٥ ماكينات شفط

- (عرض أساسي) ماكينات BiGiesse غير مطابق لانه تم تجربته في شبكة غازات الجراحة وتم تجهين الماكينات قبل عشر سنوات حيث ان هذه النوعية لا تتحمل العمل الشاق كما ان ضغط العمل بقطاع السلام اقل من قطاع الحوادث.

- عرض بديل ١ : ماكينات GEV

(غير مطابق لعدم تجربة هذه الماكينات بالمستشفيات)

- عرض بديل ٢ : (ماكينات ATLAS COPCO

(غير مطابق لعدم تجربة هذه الماكينات بالمستشفيات)

**البند الثاني: لوحة تشغيل ماكينات الشفط

(غير مطابق لان هذا البند مرتبط بالبند الأول)

***البند الثالث: مجموعة فلاتر بكتيرية

(تعرض أساسي وبديل ١ ، بديل ٢) غير مطابق لان هذا البند مرتبط بالبند الأول

****البند الرابع: توريد ماكينات هواء

- عرض أساسي: مطابق فنيا للشروط والمواصفات

- عرض بديل ١ : مطابق فنيا للشروط والمواصفات

- عرض بديل ٢ : مطابق فنيا للشروط والمواصفات

*****البند الخامس: توريد درابر هواء

(أساسي وبديل ١ ، بديل ٢) : مطابق فنيا للشروط والمواصفات

*****البند السادس: توريد لوحات التشغيل

(مطابق فنيا للشروط والمواصفات)

*****البند السابع: توريد عدد (٢) خزان هواء وشفط

مطابق فنيا للشروط والمواصفات

* عطاء ٣ / ٢ باسم شركة إيرلكيد للتجارة :-

- مطابق فنيا للشروط والمواصفات.

* عطاء ٣ / ٣ باسم شركة بيت الأكسجين :-

- مطابق فنيا للشروط والمواصفات.

اللجنة الفنية :-

- م / محمد عبدالرحمن حسن

- م / سوزان مورييس سعد

- م / تامر منصور يوسف

- فني / السيد عبدالله مسعود