



مستشفيات جامعة الزقازيق
مكتب مدير مستشفى الجراحة

تقرير فني

المناقصة العامة لتوريد اجهزة التخلص من النفايات الطبية جلسة ٢٠٢٤/١٢/١١

عرض (٥/١) شركة كيميت

- مطابق فنيا

عرض (٥/٢) الشركة الوطنية للتجهيزات الطبية

- غير مطابق فنيا لان التعقيم ليس بالبخار كما جاء بالمواصفات

عرض (٥/٣) الهيئة العربية للتصنيع

- عرض ٣٠٠ لتر غير مطابق فنيا لعدم تحقيق الإنتاجية المطلوبة في الدورة

- عرض ٥٠٠ لتر مطابق فنيا

عرض (٥/٤) شركة العوضي للتجهيزات الطبية

- مطابق فنيا

عرض (٥/٥) شركة سيرفو ميد

- عرض ٢٥٠ لتر غير مطابق فنيا لعدم تحقيق الإنتاجية المطلوبة في الدورة

- عرض ٧٠٠ لتر مطابق فنيا

اللجنة :-

رئيس اللجنة

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

- ا.د/ محمد فاروق امين

- د/ رشا عبدالمعطي عبدالغنى مصباح

- م/ محمد عبدالرحمن حسن

- د/ احمد السعيد

- م / محمد محمد حسون