



كراسة الشروط

والمواصفات الفنية

المناقصة العامة لعملية :

توريث وتركيب كرسى اسنان عد (٨٤)

جلسة ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤

بجامعة الزقازيق الاهلية

تحميم
١٩٩٧
الزمالة
الفنية
الهندسية
الجهاز

٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤
د. حسني العبدالله
د. محمد عاصف فؤاد

د. حسام الدين عواد
د. حسام الدين عواد



كرامة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة
لعملية : توريد وتركيب كرسى اسنان
جلسة / 2025 /

أولاً - الشروط العامة

- 1) يجب على مقدمي العطاءات تقديم كatalog الوان طقا للمواصفات الفنية مرفق بالمطلوب الفنى وأنه يقبل جميع الشروط.
- 2) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- 3) عدم تقديم اي مرافق للأسعار بالمظروف المالي ويتم التسuir على المقايسة التقديرية المرفقة بكراسة الشروط ولن يعتد باى تسuir يتم على ورق الشركة او اوراق خارجية ويعتبر مخالفة لكراسة الشروط
- 4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- 5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- 6) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة ٠((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- 1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وآخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- 2) يجب أن يثبتت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع كل مظروف على حدى داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - ادارة المشتريات) .
- 3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين إبتدائى قدره ٥٠٠٠ جنية (فقط خمساً مائة لغى) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
- 4) التأمين النهائى بنسبة ٥% عند الرسو من قيمة العملية
- 5) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
- 6) كم يجب أن يرافق بالمطلوب الفنى :-
 - i. صورة من البطاقة الضريبية.
 - ii. ميزانية معتمدة من المحاسب القانوني لآخر عامين
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة .
 - vi. صورة طبق الاصل من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. البرنامج الزمني للتنفيذ وخطة العمل
 - ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية .
 - x. التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية
- 7) تحدد يوم الموافق / ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجسدة فتح المطاريف الفنية

١٣٠٦٢٠٢٣
٨٥

٢٠٢٣/٦/١٣
د/ محمد عاصم سورطان



ثالثاً - الشروط المالية

1. يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
2. على مقدمي العطاءات مراعاة مللى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفناد) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
3. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفناد عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
4. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصلات التالية أو إجراء تعديل فيه منها كان نوعه .
5. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفناد - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتواقيع .
6. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء آية ملاحظات خاصة بالمواضي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
7. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
8. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فنة له البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
9. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصلات طالما انه لا يوثر على اولوية العطاء .
10. يتم صرف المستحقات بعد الفحص والاستلام والاضافة .
11. مدة التوريد : (٣٠) تبدأ من تاريخ استلام امر التوريد
12. الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة لثناء التنفيذ .

رابعاً: الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من شركة والعطاء وحدة واحد لا تجزء .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكاوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى لمكتب المذكور وفقاً للمواعيدين التاليين .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسه فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة باليت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة باليت المالى
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منها الشاكى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

رئيس اللجنة

٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠١٩

جعفر

اللجنة
٩ محمد عاصم لوزير
٦ هـ



الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة
لكرسي الاسنان

• أولاً شرط اساسي :-

ان يكون حاصل على شهاده الجوده CE من دولة مرجعيه وشهاده الايزو وان يكون حاصل على موافقه
هينه السياسات الدوانيه بوزارة الصحه المصريه .

• ثانياً الاشتراطات الفنية :-

- 1 شاسيه معدني لا يقل عن 16مم مطلی بدهان اليكترونيك مانع للصداء.
- 2 ماتور رفع الكرسي لا يقل عن 8000 نيوتن .
- 3 ماتور الباك ريسست لا يقل عن 6000 نيوتن .
- 4 مدخل المياه والهواء مزود بضممات عدم ارجاع السوائل .
- 5 وحده اضاءه LED بقوه اضاءه لانقل عن 40000 LUX .
- 6 مزود ب 3 وحدات تحكم لحركات ووظائف الكرسي .
- 7 مزود ب 3 مخارج للهاندبيس ال Low speed و High Speed .
- 8 مزود بعدد 2 سرنجه هواء و المياه .
- 9 مزود ب 2 شفاطات العاب والمياه High Suction & Low Suction .
- 10 مجهز ومعد لامكانيه تركيب سكيلر واليكترونيك موتور ولايت كيور بلت ان وقت الحاجه .
- 11 مزود بمقاتيح تحكم للهواء والمياه .
- 12 يشمل كرسي للطبيب بحركات للطلع والتزول وحركات لوضع مسند الضهر .
- 13 وحدة ادراج متحركة تشمل على درج واحد على الأقل جرانيت مقاوم للبكتيريا والكيماويات والخدش على السطح

ثالثاً شروط الضمان :-

- 1 ان لا يقل الضمان عن ثلاث سنوات شامل قطع الغيار وصيانه دوريه لا تقل عن 4 مرات سنويآ
- 2 ضمان توافر قطع الغيار لمده 5 سنوات من وقت التسليم
- 3 تاريخ الانتاج سنه 2025 .

رئيس اللجنة

١٣٢٠١٤ مارس

د. محمد اشرف

د.

د.

د.



المقاييسة التقديرية

للمناقصة العامة لعملية : توريد وتركيب كرسى اسنان

جلسة / ٢٠٢٥ /

الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالى
<ul style="list-style-type: none"> ❖ شاسيه معدنى لا يقل عن ٦٦ مم مطلى بدهان اليكتروستيتيك مانع للصداء. ❖ ماتور رفع الكرسى لا يقل عن ٨٠٠٠ نيوتن . ❖ ماتور البلاك ريسٍت لا يقل عن ٦٠٠٠ نيوتن . ❖ مدخل المياه والهواء مزود بضمادات عدم ارتفاع السوائل ❖ وحده اضاءه LED بقوه اضاءه لا تقل عن ٤٠٠٠ LUX. ❖ مزود ب ٣ وحدات تحكم لحركات ووظائف الكرسى ❖ مزود ب ٣ مخارج للهابنديس ال High Speed و Low speed ❖ مزود ب بعد سريجه هواء و المياه. ❖ مزود ب شفاط للألعاب والمياه & High Suction & Low Suction ❖ مجهر ومعد لامكانيه تركيب سكيلر واليكتريك موتور ولايت كيور بلت ان وقت الحاجه. ❖ مزود بمقاتيح تحكم للهواء والمياه. ❖ يشمل كرسى للطيب بحركات للطلع والتزول وحركات لاوضاع مسند الضهر ❖ وحدة ادراجه متحركة تشتمل على درج واحد على الأقل جرانيت مقاوم للبكتيريا والكلماويات والخدش على السطح 	عدد	٨٤ كرسى بمشتملاته		

الاجمالى فقط وقدره

** على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.

رئيس اللجنة

١٢٢٢١٢٢٢٢٢
EC

اللجنة

محمد عاصم سليمان
جعفر
احمد