

تعلن جامعة الزقازيق (الادارة العامة للمشتريات والمخازن)




- [illegible]

**** المستندات المطلوبة :-**

- ** على الشركات حضور الجلسة أو من ينوب عنه بتفويض بالموعد المحدد عاليه بمكتب أ.د/ أمين عام الجامعة**

49

مواصفات متطلبات العيادة الطبية لكلية التمريض

الجهاز	المواصفات	
كرسي متحرك للمرضى	هيكل معدني مصنوع من الستاليس ستيل المقاوم للصدأ، مقعد وظهر مقاومان للماء، مساند أقدام قابلة للطي، عجلات خلفية كبيرة، فرامل، حمولة لا تقل عن ١٢٠ كجم	
سرير كشف/شيزلونج	هيكل معدني، سطح مبطن، المرتبة مغطاة بجلد صناعي طبي عالي الجودة مضاد للسوائل وسهل التنظيف والتعقيم، مع إسفنج عالي الكثافة لمنع الهبوط، مسند ظهر قابل للرفع، حاجر/مسند للراس، حمولة لا تقل عن ١٢٠ كجم	
كرش كار عريه لحواري	كرش كار ٤ عجلات مزود بفرامل للتحكم، ٢ درج صغير + ٢ درج وسط + ١ درج عريض (أدراج متعددة)، قفل، لوح حامل محاليل، مزود بعدد ٢ سلة مهملات عليه لوضع سنون السرنجات والنفايات	
برافان	برافان ٣ ضلعه + الستائر استاليس + قماش او بلاستيك استاندر	
منضدة	ترابيزة/ منضدة مزودة بعجل استيل ثقيل ٤ x ٣ دو	